



Produkt: Sicherheitswerkbank  
Product: Safetx cabinet  
Produit: Poste de sécurité

Modell(e):  
Model (s): KS 9, KS 12, KS 15, KS 18  
Modèle (s):

Die bezeichneten Erzeugnisse erfüllen die Bestimmungen der Richtlinie:  
The designated products conform to the guideline:  
Les produits désignés sont conformes aux dispositions de la directive:

**73/23/EWG** mit Änderungen / with revisions / avec les modifications  
**89/336/EWG**

Die Übereinstimmung der Erzeugnisse mit den Bestimmungen der Richtlinie wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

The conformity of the products with the requisites as set forth in the guideline is evidenced by the full compliance with the following standards:

La conformité des produits aux dispositions de la directive est attestée par le respect total des normes suivantes:

EN 61010-1 / 03.94 (IEC 1010),  
DIN EN 12469:2000,  
EN 61326 (EN 61000-3-2, EN 61000-3-3)

D-63505 Langenselbold, 16.09.2003

Kendro Laboratory Products GmbH  
Leiter Quality Management

**Kendro Laboratory Products GmbH**  
Robert-Bosch-Strasse 1  
D-63505 Langenselbold

  
i. V. Richter

50075481\_A.doc

